



2020년 1월 1일부터 시행되는 의료기기법 개정으로 **의료기기**로 분류되는 **SpO2 측정기**

특징

- 6인치 OLED 디스플레이를 탑재하여 사용 편의성을 높였습니다.
- 측정 정확도를 0.2% 이내로 높였습니다.
- 배터리 용량을 2000mAh로 늘렸습니다.
- 충전 시간을 4시간 15분 이내로 단축시켰으며, CE, IPX4 등급을 받았습니다.
- 무게를 20g 이하로 줄였습니다.

특성

SpO2	
측정 범위	35~100%
정확도	±1%
측정 속도	2초 70-100% 이내, ≤70% 이내
측정 정확도	50~100%
배터리	
배터리 용량	2000mAh
충전 시간	3~4시간
인증	CE, FDA



